



Crystofoli Vitale B, автоклав

Настільний автоклав для використання в стоматології з об'ємом 24 літри



Автоклав Crystofoli Vitale B - настільний автоклав для використання в стоматології з об'ємом стерилізаційної камери 24 літри.

Важливість дотримання правил асептики й антисептики в стоматології життєво необхідна. Це обумовлено специфікою роботи з високою можливістю бактеріальної й вірусної контамінації, як лікаря, так і пацієнта. А також збільшення кількості пацієнтів були інфіковані вірусним гепатитом і імунodefіциту людини.

У кожному стоматологічному кабінеті, незалежно від пропускну здатності та спрямованості, матеріали та інструменти повинні зберігатися в стерильних умовах. З цією метою найчастіше використовуються настільні автоклави різних модифікацій і обсягу.

Автоклав Vitale B спеціально розроблений для використання в стоматології. Стерилізатор має компактні розміри й легко встановлюється в невеликих кабінетах. Устаткування має просту систему управління і контролю. Стоматологічний інструмент розташовується на трьох висувних лотках.

При стерилізації використовується стандартний температурно-тимчасовий режим. Стерилізація проводиться при 128 градусах протягом 16 хвилин. Весь цикл обробки становить 55 хвилин.

Стерилізатор Vitale B компанії Crystofoli - простий і надійний помічник стоматолога.

- **Клас B**
- **Розмір корпусу автоклав:** 730 мм x 465 мм x 465 мм
- **Об'єм стерилізаційної камери:** 24л.
- **Розмір стерилізаційної камери:** діаметр 250 мм, довжина 470 мм.
- **Потужність:** 230 V, 2000 VA.
- **Кількість лотків у камері:** 5 шт.
- **Вага:** 53 кг
- **Об'єм резервуару для води:** 4 л.
- **Режим сушіння:** автоматичний (вакуумний)
- **Тип керування:** електронно-механічний
- **Цикл стерилізації при температурі 121-134 градусів С та тиску 1,1:** 2,1 бар становить 20 -



ТОВ «МЕД ЕКСІМ»

Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна

Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223

Сервісний центр: +38 (044) 500-1912

E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

3,5 хв.

- **Режим ручного циклу стерилізації:** довільний
- **Цикл "розігрів-стерилізація-скидання тиску" в автоматичному режимі займає:** 17,5 - 40 хв.